

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

๑. ชื่อโครงการ.....จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยเพาวัลเลอร์ แบบ ๓ ไกและ ๒ ไก.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลแม่ลาน.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๓๐,๐๐๐ บาท.....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง).....๒๕ เมษายน ๒๕๖๐.....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลแม่ลาน ที่ ปน ๐๐๓๒.๓/๕๕๖
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายสุรเดช รัตนะพิสิฐ ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 - ๕.๒ นางสาวภีมวรา บุญทองแก้ว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ๕.๓ นางรอพี้อะ อาดำ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 - ๕.๔ นางสาวสุทธินันท์ มยุรภานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเตียงผู้ป่วย แบบ ๒ ไก และแบบ ๓ ไก

คุณสมบัติของเตียงคนไข้มือหมุน ๒ ไก

- เตียงคนไข้มือหมุน ๒ ฟังก์ชัน
- ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง ~~๐-๗๐~~ (๐-๗๐ องศา)
- ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ~~๐-๓๐~~ (๐-๓๐ องศา)
- พนักหัวท้าย ถอดออกได้ ผลิตจาก พลาสติก ABS สามารถถอดออกได้
- ราวกันเตียงทำจากอลูมิเนียม สูง ๓๕ ซม. พับลงได้
- พื้นเตียงเป็นเหล็กพ่นสี ออกแบบเป็นตะแกรงโปร่ง
- โครงสร้างเตียงเป็นเหล็กพ่นสีฝุ่น
- ขนาดเตียง ขนาดเตียง กว้าง ๙๕๐ มม. ยาว ๒๑๕๐ มม. สูง ๖๕๐ มม.
- เตียงคนไข้มือหมุน ๒ ไก รับน้ำหนักได้สูงสุด ๑๒๕ กิโลกรัม
- เตียงคนไข้มือหมุน ๒ ไก มี ๒ รุ่นให้เลือกคือ-เตียงคนไข้มือหมุน ๒ ไก รุ่นความสูง ๔๕๐ มิลลิเมตร-เตียงคนไข้มือหมุน ๒ ไก และ รุ่นความสูง ๖๕๐ มิลลิเมตร

คุณสมบัติของเตียงผู้ป่วยมือหมุน ๓ ไก

- -ฟังก์ชันการทำงานของเตียงผู้ป่วยมือหมุน ๓ ไก ปรับได้ ๓ แบบ
- -ระดับความสูงของเตียง ระหว่าง ๓๖-๗๒ เซ็นติเมตร
- -ปรับระดับหลัง ขึ้น-ลง ๐-๘๐°
- -ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้า ขึ้น-ลง ๐-๔๐°
- -เตียงผู้ป่วยมือหมุน ๓ ไก รับน้ำหนักคนไข้ได้สูงสุด ๑๒๕ กิโลกรัม
- -ปรับท่าต่างๆด้วยระบบ Manual -เตียงผู้ป่วยระบบมือหมุน
- -พนักหัวท้ายของเตียงผู้ป่วยมือหมุน ๓ ไก ถอดออกได้ ผลิตจาก พลาสติก ABS
- -พื้นเตียงเป็นพลาสติก ABS แยกจากกัน ๔ ชั้น
- -ราวกันเตียงทำจากอลูมิเนียม สูง ๔๕ ซม. พับลงได้
- -โครงสร้างเตียงผู้ป่วยมือหมุน ๓ ไก ทำจากเหล็ก พ่นสีฝุ่น
- -ล้อขนาด ๕ นิ้ว ล้อคล้อ ๔ จุด ไม่ให้เตียงเคลื่อนที่ได้

.....^{สุวิภา}ประธาน
.....^{วิภา}กรรมการ
.....^{วิภา}กรรมการ
.....^{สุวิภา}กรรมการ